



## FICHE TECHNIQUE CPR-D PADZ



Marque :	ZOLL
Référence :	8900-0800
Fournisseur :	ZOLL MEDICAL France
Classe du produit (marquage CE) :	IIB
Fabricant	ZOLL MEDICAL CORPORATION
Existe t'il un numéro de lot	OUI
Désignation du modèle :	Electrode CPR D Padz
Usage unique	OUI
Patient unique	OUI
Adulte	OUI
Pédiatrique	NON
Néonatalogique	NON
Pas de présence de Latex	NON
L'électrode de défibrillation est compatible avec les défibrillateurs	ZOLL
L'électrode de défibrillation est compatible avec moniteur de modèle:	AEDPlus / AEDPro/ X Series
Electrode Apex Longueur mm	1550
Electrode Apex Largeur mm	1410
Electrode Sternum Longueur mm	1550
Electrode Sternum Largeur mm	1270
Epaisseur mm	3
L'électrode de défibrillation est-elle réparable	NON
Le connecteur de l'électrode de défibrillation possède t'il un détrompeur ?	OUI
Longeur des cables liés avec l'électrode de défibrillation en cm	91
Utilisation:	
Durée d'utilisation de l'électrode de défibrillation sur un même patient de	1 à 2 jours
Temps de conservation clos après fabrication	5 ans
Temps de conservation ouvert du conditionnement en jours	2
Conditionnement transparent	NON
Conditionnement stérile	NON
Type de conditionnement :	Enveloppe papier scellée, laminé aluminium
Quantité de pièce minimal par conditionnement	1 ou 8