

**FICHE TECHNIQUE  
STAT PADZ II ADULTES**

Marque :	ZOLL
Référence :	8900-0801-01 ou 8900-0802-01 (boîte de 12)
Fournisseur :	ZOLL MEDICAL France
Classe du produit (marquage CE) :	I
Fabricant	ZOLL MEDICAL CORPORATION
Existe t'il un numéro de lot	OUI
Désignation du modèle :	Electrodes Stat Padz II - Adultes
Usage unique	OUI
Patient unique	OUI
Adulte	OUI
Pédiatrique	NON
Néonatalogique	NON
Pas de présence de Latex	NON
L'électrode de défibrillation est compatible avec les défibrillateurs	ZOLL
L'électrode de défibrillation est compatible avec moniteur de modèle:	R Series/AEDPlus / AEDPro/ X Series
Longueur mm	1620
Largeur mm	1270
Diamètre Partie 2	1600
Epaisseur mm	3
L'électrode de défibrillation est-elle réparable	NON
Connexion de l'électrode de défibrillation :	
Le connecteur de l'électrode de défibrillation possède t'il un détrompeur ?	OUI
Longeur des cables liés avec l'électrode de défibrillation en cm	70
Le connecteur possède t'il un détrompeur	OUI
Utilisation:	
Durée d'utilisation de l'électrode de défibrillation sur un même patient de	1/2 à 1 jour
Temps de conservation clos après fabrication	24 mois
Temps de conservation ouvert du conditionnement en jours	1
Conditionnement transparent	NON
Conditionnement stérile	NON
Type de conditionnement :	Enveloppe papier scellée, laminé aluminium
Quantité de pièce minimal par conditionnement	1